

**Dirección de Metrología
Aprobaciones de Modelo
Laboratorio Nacional de Temperatura**

N ^o	Usuario	N° Solicitud	N° aprobación	Datos del Instrumento												Fechas		Status
				Denominación	Tipo	Clase	Marca	Modelo	Cap. Máx.		Cap. Mín.		Div		País Origen	Aprob.	Venc.	
									Cant	Ud	Cant	Ud.	Val	Ud				
1	DISTRIBUIDORA H&D ANDINA, C.A.	LT-2007-024	AM-LT-SV-06/07-000 4	Termometro clinico digital	ORAL/ RECTAL/ AXILAR	N/A	MICROLIFE	MT 1931	32	°C	43,9	°C	0,1	°C	SUIZA	27/06/2007	27/06/2010	Vigente
2	REPRESENTACION AITOR	LT-2007-008	AM-LT-SV-07/07-000 5	Termometro clinico de vidrio	ORAL	vastago	KX MEDICAL	S/m	35	°C	42	°C	0,1	°C	CHINA	25/07/2007	25/07/2010	Vigente
3	BEIRSDORF, S.A.	LT-2007-1070	AM-LT-SV-07/07-000 6	Termometro clinico de vidrio	ORAL	vastago	HANSAPLAST	S/m	35	°C	42	°C	0,1	°C	CHINA	25/07/2007	25/07/2010	Vigente
4	CORPORACION GIPSY DE VENEZUELA, C.A.	LT-2007-020	AM-LT-SV-07/07-000 7	Termometro clinico digital	ORAL/ RECTAL/ AXILAR	N/A	OMRON	MC-120	35,6	°C	42,2	°C	0,1	°C	CHINA	19/07/2007	19/07/2010	Vigente
5	INVERSIONES CAPITAL 794, C.A.	LT-2007-1309 (1210)	AM-LT-SV-07/08-001 3	Termometro clinico de vidrio	RECTAL	vastago	4CARE	S/m	35	°C	42	°C	0,1	°C	CHINA	02/07/2008	02/07/2011	Vigente
6	MEDICAL CONSOLIDADA DISTRIBUIDORA, C.A.	LT-2008-1028 (1025)	AM-LT-SV-07/08-001 4	Termometro clinico de vidrio	ORAL	vastago	MCD	CR.W11 -WC	35	°C	42	°C	0,1	°C	CHINA	02/07/2008	02/07/2011	Vigente

N°	Usuario	N° Solicitud	N° aprobación	Datos del Instrumento												Fechas		Status
				Denominación	Tipo	Clase	Marca	Modelo	Cap. Máx.		Cap. Mín.		Div		País Origen	Aprob.	Venc.	
									Cant	Ud	Cant	Ud.	Val	Ud				
7	MEDICAL CONSOLIDADA DISTRIBUIDORA, C.A.	LT-2008-1028 (1025)	AM-LT-SV-07/08-001 5	Termometro clinico de vidrio	RECTAL	vastago	MCD	CR.W12-WC	35	°C	42	°C	0,1	°C	CHINA	02/07/2008	02/07/2011	Vigente
8	SUMINISTROS MEDICOS JAYOR, C.A.	LT-2008-1171 (1071)	AM-LT-SV-11/08-001 6	Termometro clinico de vidrio	ORAL	vastago	SENSI MEDICAL	S/m	35	°C	42	°C	0,1	°C	CHINA	28/11/2008	28/11/2011	Vigente
9	INVERSIONES CAPITAL 794, C.A.	LT-2007-1223 (1208)	AM-LT-SV-11/08-001 9	Termometro clinico de vidrio	ORAL	vastago	SANA-T	S/m	35	°C	42	°C	0,1	°C	CHINA	28/11/2008	28/11/2011	Vigente
10	COMERCIAL FORENTINA, C.A.	LT-2009-1159 (1084)	AM-LT-SV-12/09-001 3	Termómetro Clínico Digital	Termistor (Oral) CHUPON	Clase II	GA.MA ITALY	NT-01C	42	°C	35,5	°C	0,1	°C	China	22/12/2009	22/12/2012	Vigente
11	COMERCIAL FORENTINA, C.A.	LT-2009-1159 (1084)	AM-LT-SV-12/09-001 4	Termómetro Clínico Digital	Termistor (Oral, rectal, Axilar)	Clase II	GA.MA ITALY	GTER50 1	44	°C	32	°C	0,1	°C	China	22/12/2009	22/12/2012	Vigente
12	COMERCIAL FORENTINA, C.A.	LT-2009-1159 (1084)	AM-LT-SV-12/09-001 5	Termómetro Clínico Digital	Termistor (Oral, rectal, Axilar)	Clase II	GA.MA ITALY	GTER50 0	44	°C	32	°C	0,1	°C	China	22/12/2009	22/12/2012	Vigente
13	MEDICA CONSOLIDADA DISTRIBUIDORA, C.A.	LT-2009-1216 (1114)	AM-LT-SV-02/10-000 1	Termómetro Clínico Digital	Termistor (Oral, rectal, Axilar)	Clase II	Riester	ri-gital	42	°C	35,1	°C	0,1	°C	Alemania	19/02/2010	19/02/2013	Vigente



N°	Usuario	N° Solicitud	N° aprobación	Datos del Instrumento												Fechas		Status
				Denominación	Tipo	Clase	Marca	Modelo	Cap. Máx.		Cap. Mín.		Div		País Origen	Aprob.	Venc.	
									Cant	Ud	Cant	Ud.	Val	Ud				
14	My Little Baby Michelle, C.A.	LT-2007-1241 (1133)	AM-LT-SV-02/10-000 2	Termómetro Clínico Digital	Termistor (Oral)	Clase II	Philips Avent	Sch540/91	42,9	°C	32	°C	0,1	°C	China	19/02/2010	19/02/2013	Vigente
15	Dejavi Corporación C.A. COTJAVICA	LT-2009-1257 (1153)	AM-LT-SV-03/10-000 3	Termómetro Clínico de Líquido en Vidrio	ORAL	vastago	KNOXVILLE	S/M	42	°C	35	°C	0,1	°C	China	17/03/2010	17/03/2013	Vigente
16	Distribuidora Andina H&D	LT-2010-1066 (1033)	AM-LT-SV-05/10-000 4	Termómetro Clínico Digital	Termistor (Oral, rectal, Axilar)	Clase II	Microlife	MT 1931	43,9	°C	32	°C	0,1	°C	SUIZA	13/05/2010	13/05/2013	Vigente