SENCAMER DAC DIRECCIÓN DE ACREDITACIÓN

Registro Nº: LCA 10/26-01

Certificado de Acreditación

Otorgado a:

J&N 31 A1 IMPORTACIONES, C.A.

RIF: J404797467

Por haber sido evaluado por la Dirección de Acreditación y cumplir con los requisitos para la acreditación establecidos en la Norma Internacional ISO/IEC 17025:2017 "Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración" y en conformidad con lo previsto en la Ley del Sistema Venezolano para la Calidad, Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 37.555 del 23 de octubre de 2002.

Esta acreditación es otorgada para siete (07) actividades de calibración indicadas en el alcance de la acreditación anexo y es válida hasta el 29 de octubre de 2029, estando sujeta a lo establecido en el documento "Contrato de Acreditación".

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional SENCAMER RIF: G-20001596-9 DIRECCIÓN GENERAL

PEGGY SILVA
Directora General (E) de SENCAMER
Designada mediante Decreto Nº 4.860 de fecha 06 de septiembre de 2023, publicado en la G.O.R.B.V. Nº 42.708, de la misma fecha.

Caracas, 29 de octubre de 2026

El presente certificado sólo tiene validez para siete (7) actividades de evaluación de la conformidad incluida en el alcance de la acreditación anexo y para la sede evaluada.

Cada actividad de evaluación de la conformidad realizada y especificada dentro del Alcance de la Acreditación, debe tener asociado, obligatoriamente, un Código Informático de Seguridad Sencamer (CISS). Dicho código debe aparecer en el certificado o informe emitido por el organismo.

LS/mjl/lm

Nº 000859

G - 200015969

Registro Nº:
LCA 10/26-01

ALCANCE DE LA ACREDITACIÓN
Laboratorio de Calibración

SENCAMER DAC DIRECCIÓN DE ACREDITACIÓN

LABORATORIO: J&N 31 A1 IMPORTACIONES, C.A.

ORGANIZACIÓN: J&N 31 A1 IMPORTACIONES, C.A.
Registro de Información Fiscal (RIF): J404797467

DIRECCIÓN : Carretera Nacional La Toscana, troncal 13, local Galpón, Nro. S/N, sector Guayabal, Marturín, estado Monagas.

TELÉFONO(S): 0414-8898953 **CORREO ELECTRÓNICO:** infolaboratorio@jn31a1.com

NORMA DE REFERENCIA: ISO/IEC 17025:2017 "Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración".

N°	Magnitud	Instrumento a calibrar	Intervalo de medición	Incertidumbre expandida (*)	Procedimiento de calibración	Categoría / Clasificación
1	Presión	Manómetro de presión tipo Bourdon, Manómetros digital y registrador de presión con clase: ≥ 0,02% escala completa	(0 a 100) MPa	± 0,010 MPa	Directriz DKD-R 6-1 Calibración de instrumentos medidores de presión. Edición 03/2014. Se excluye el apartado 8.5.	A / III
		Manómetro de presión tipo Bourdon, Manómetros digital y registrador de presión con clase: ≥ 0,25% escala completa	(0 a 68,95) MPa	± 0,096 MPa		
		Manómetro de presión tipo Bourdon, Manómetros digital y registrador de presión con clase: ≥ 0,02% escala completa	(0 a 60) MPa	± 0,072 MPa		
		Manómetro de presión tipo Bourdon, Manómetros digital y registrador de presión con clase: ≥ 0,25% escala completa	(0 a 13,79) MPa	± 0,026 MPa		
		Manómetro de presión tipo Bourdon, Manómetros digital y registrador de presión con clase: ≥ 0,5 escala completa	(0 a 1,38) MPa	± 0,0096 MPa		

Fecha de Otorgamiento de la Acreditación: 29 de octubre de 2026

Fecha de Vencimiento de la Acreditación: 29 de octubre de 2029

PEGGY SILVA
Directora General (E) de SENCAMER
Designada mediante Decreto Nº 4.868 de fecha 06 de septiembre de 2023, publicado en la G.O.R.B.V. Nº 42.708, de la misma fecha.

SENCAMER RIF: G-20001596-9

LS/mjl/lm

Nº 000860

G - 200015969

Registro Nº:
LCA 10/26-01

ALCANCE DE LA ACREDITACIÓN
Laboratorio de Calibración

SENCAMER DAC DIRECCIÓN DE ACREDITACIÓN

LABORATORIO: J&N 31 A1 IMPORTACIONES, C.A.

ORGANIZACIÓN: J&N 31 A1 IMPORTACIONES, C.A.
Registro de Información Fiscal (RIF): J404797467

N°	Magnitud	Instrumento a calibrar	Intervalo de medición	Incertidumbre expandida (*)	Procedimiento de calibración	Categoría / Clasificación
		Manómetro de presión tipo Bourdon, Manómetros digital y registrador de presión con clase: ≥ 0,5% escala completa	(0 a 0,41) MPa	± 0,0025 MPa		
		Manómetro de presión tipo Bourdon, Manómetros digital y registrador de presión con clase: ≥ 1.0% escala completa	(0 a 0,13) MPa	± 0,0010 MPa		
2	Presión	Transmisores de Presión con salida eléctrica con clase: ≥ 0,02% escala completa	(0 a 100) MPa	± 0,010 MPa	Directriz DKD-R 6-1 Calibración de instrumentos medidores de presión. Edición 03/2014.	A / III
		Transmisores de Presión con salida eléctrica con clase: ≥ 0,25% escala completa	(0 a 68,95) MPa	± 0,096 MPa		
		Transmisores de Presión con salida eléctrica con clase: ≥ 0,02% escala completa	(0 a 60) MPa	± 0,072 MPa		
		Transmisores de Presión con salida eléctrica con clase:	(0 a 13,79) MPa	± 0,026 MPa		
		Transmisores de Presión con salida eléctrica con clase: ≥ 0,25% escala completa	(0 a 1,38) MPa	± 0,0096 MPa		
		Transmisores de Presión con salida eléctrica con clase: ≥ 0,5 escala completa	(0 a 0,41) MPa	± 0,0025 MPa		
		Transmisores de Presión con salida eléctrica con clase: ≥ 1.0% escala completa	(0 a 0,13) MPa	± 0,0010 MPa		

Fecha de Otorgamiento de la Acreditación: 29 de octubre de 2026

Fecha de Vencimiento de la Acreditación: 29 de octubre de 2029

PEGGY SILVA
Directora General (E) de SENCAMER
Designada mediante Decreto Nº 4.860 de fecha 06 de septiembre de 2023, publicado en la Gaceta Oficial Nº 42.708, de la misma fecha.

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional SENCAMER RIF: G-20001596-9 DIRECCIÓN GENERAL

LS/mjl/lm

Nº 000861

G - 200015969

Registro Nº:
LCA 10/26-01

ALCANCE DE LA ACREDITACIÓN
Laboratorio de Calibración

SENCAMER DAC DIRECCIÓN DE ACREDITACIÓN

LABORATORIO: J&N 31 A1 IMPORTACIONES, C.A.

ORGANIZACIÓN: J&N 31 A1 IMPORTACIONES, C.A.
Registro de Información Fiscal (RIF): J404797467

Nº	Magnitud	Instrumento a calibrar	Intervalo de medición	Incertidumbre expandida (*)	Procedimiento de calibración	Categoría / Clasificación
3	Temperatura	Termómetro bimetálico	(308,2 a 873,2) K (35 a 600) °C	± 0,7 °C	Método Nordtest NT VVS 103, termómetros de contacto de lectura directa: calibración, 1994-09	A / III
4	Temperatura	Termómetros digitales con sensores termopares (TC)	(308,2 a 873,2) K (35 a 600) °C	± 0,7 °C	(CEM 2019) Procedimiento TH- 001 para la Calibración de Termómetros Digitales (lectura directa) por Comparación, Edición Digital 2.	A / III
5	Temperatura	Termómetros digitales con sensores de resistencia (RTD)	(308,2 a 873,2) K (35 a 600) °C	± 0,7 °C	(CEM 2011). Procedimiento TH-001 para la Calibración de Termómetros Digitales (lectura directa) por Comparación. Edición Digital 1.	A / III
6	Temperatura	Termopar Tipo J	(308,2 a 673,2) K (35 a 400) °C	± 0,7 °C	(CEM 2008). Procedimiento TH-003 "Calibración por comparación de termopares" del CEM Edición Digital 1.	A / III

Fecha de Otorgamiento de la Acreditación: 29 de octubre de 2026

Fecha de Vencimiento de la Acreditación: 29 de octubre de 2029

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional
SENCAMER RIF: G-20001596-9
DIRECCIÓN GENERAL

PEGGY SILVA
Directora General (E) de SENCAMER
Designada mediante Decreto Nº 4.860 de fecha 06 de septiembre de 2023, publicado en la G.O.R.B.V. Nº 42.708, de la misma fecha.

LS/mjl/im

Nº 000862

G - 200015969

Registro Nº:
LCA 10/26-01

ALCANCE DE LA ACREDITACIÓN
Laboratorio de Calibración

SENCAMER DAC DIRECCIÓN DE ACREDITACIÓN

LABORATORIO: J&N 31 A1 IMPORTACIONES, C.A.

ORGANIZACIÓN: J&N 31 A1 IMPORTACIONES, C.A.
Registro de Información Fiscal (RIF): J404797467

N°	Magnitud	Instrumento a calibrar	Intervalo de medición	Incertidumbre expandida (*)	Procedimiento de calibración	Categoría / Clasificación
7	Temperatura	Termopar Tipo K	(308,2 a 673,2) K (35 a 400) °C	± 0,7 °C	(CEM 2008). Procedimiento TH-003 "Calibración por comparación de termopares" del CEM Edición Digital 1.	A / III

*(±): La incertidumbre expresada ha sido estimada con un factor de cobertura k=2, que corresponde aproximadamente al 95% de nivel de confianza, asumiendo una distribución normal.
A: Actividades de calibración realizados en las instalaciones de un laboratorio permanente, es decir, en un laboratorio erigido en un emplazamiento fijo.
III: Servicio de Calibraciones a terceros.
CEM: Centro Español de Metrología
DKD: Deustscher Kalibrierdienst

Fecha de Otorgamiento de la Acreditación: 29 de octubre de 2026

Fecha de Vencimiento de la Acreditación: 29 de octubre de 2029

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional DIRECCIÓN GENERAL

PEGGY SIFONTES
RIF: G-20001596-0
Directora General (E) de SENCAMER
Designada mediante Decreto Nº 4.860 de fecha 06 de septiembre de 2023, publicado en la G.O.R.B.V. Nº 42.708, de la misma fecha.

LS/mjl/im